DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE
EU DECLARATION OF CONFORMITY

PRODUCENT: *MANUFACTURER:*
Timago International Group
Ossowski Spółka komandytowa
ul. Karpacka 24/12, 43-316 Bielsko-Biała, Polska
T.: +48 33 499 50 00, F.: +48 33 499 50 11,
e-mail.: info@timago.com, www.timago.com
SRN: PL-MF-000004105

Oświadczamy na wyłączną odpowiedzialność, że wyrób medyczny:

We declare under our sole responsibility that the medical device:

REF **DuoStep**

Czwórnóg do pokonywania stopni

Stair assist quad cane

jest zgodny z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych. Procedura oceny zgodności została przeprowadzona zgodnie z Art. 52 ust. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745

is compliant with Regulation (EU) 2017/745 of the European Parliament and of the Council of 5 April 2017 on medical devices. The conformity assessment procedure was carried out in accordance with Article 52(7) to Regulation (EU) No 2017/745 of the European Parliament and of the Council

Wykaz norm zharmonizowanych, jakie zostały zastosowane przy ocenie zgodności:

List of harmonized standards that have been used for conformity assessment:

EN ISO 15223-1 EN 1041+A1 EN ISO 14971 EN ISO 10993-1;5;10 EN 12182

Klasyfikacja: **klasa I, reguła 1**
zgodnie z Zał. VIII Rozporządzenia UE 2017/745
Kod Basic UDI-DI: **590298372R01789Q**

Classification: ***class I, rule 1***
according to Annex VIII of the EU MDR 2017/745
Basic UDI-DI: ***590298372R01789Q***

Przewidziane zastosowanie:
Czwórnóg do pokonywania stopni jest przeznaczony do używania podczas wchodzenia na schody lub przy łóżku pacjenta, jako wsparcie podczas wstawania. Polecany jest osobom o obniżonej sprawności ruchowej, którym stan zdrowia uniemożliwia bądź utrudnia samodzielne wykonywanie czynności życia codziennego. Czwórnóg przeznaczony jest do stosowania zarówno podczas opieki w placówkach medycznych jak i w warunkach domowych

Intended use:
The stair assist cane is designed to provide support while walking on stairs or getting up from bed. The cane is recommended for people with reduced mobility that hinders the unassisted performance of daily living activities. The product is intended for use both during care in medical facilities and at home

Miejsce i data wydania *Place and date of issue*	Bielsko-Biała, 21.07.2025
Imię i nazwisko *Name*	Anna Adamczyk
Stanowisko *Function*	Prokurent Samoistny *Independent Proxy*

ANNA ADAMCZYK
Prokurent Samoistny

Pieczątka i podpis
Stamp and signature